

ZANCHELINI SRL, Partita IVA 03333620247 - Via 1° Strada, 21/23 – ARZIGNANO (VI)

CONTROLLO DI CORRETTO FUNZIONAMENTO STRUMENTO

Strumento di misura verificato: RAY DETECTOR 4040 s.n. 231344.

SORGENTE DI RADIAZIONI IONIZZANTI UTILIZZATA: Barrette di Tungsteno Toriato (^{232}Th) per elettrodi (in ambiente interno-ufficio).

POSIZIONE DELLA SORGENTE RISPETTO ALLA SONDA DELLO STRUMENTO: A contatto.

UNITA' DI MISURA: $\mu\text{Sv/h}$

N. progressivo _____

CARTA CONTROLLO STRUMENTAZIONE SECONDO NORMA UNI 10897:2016						
DATA: 28-11-2017. Unità di misura: $\mu\text{Sv/h}$				INTERVALLO DI ACCETTABILITA'		
Media Fondo Naturale	Media Sorgente con Sorgente di Prova	Media Sorgente sottratta da Media Fondo Naturale	Sigma Netta	VALORE MINIMO ACCETTABILE (M.Sorgente MENO M.Fondo N.)	VALORE MASSIMO ACCETTABILE (M.Sorgente MENO M.Fondo N.)	3 Sigma Netta
0,28	1,51	1,23	0,41	0,01	2,46	1,22
INTERVALLO DI ACCETTABILITA'						

Dott. Ing. Giovanni VISONÀ
 Esperto Qualificato di Grado TERZO
 Numero d'ordine n° 482



[illegible]